



0010-328-A10

1. Model przyrządu: Wodomierz JS
Instrument model: Water meter JS

2. Producent wyrobów/Manufacturer:

Apator Powogaz S.A.

Adres/Address:

Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki

Kraj/Country:

Polska

Telefon/Phone:

48 (61) 8 418 101

Adres e-mail/ e-mail:

sekretariat.powogaz@apator.com

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy skrzydełkowy JS:
Vane-wheel single-jet water meter mechanical JS:
klasa temperaturowa T30 i T50/temperature class T30 and T50
średnica nominalna/nominal diameter

DN50 o ciągłym strumieniu objętości: 25 m³/h, przy pozycji H; R=315, R=160
DN50 with permanent flow rate: 25 m³/h; H position R=315, R=160
DN 65 o ciągłym strumieniu objętości: 40 m³/h, przy pozycji H; R=315, R=160
DN 65 with permanent flow rate: 40 m³/h; H position R=315, R=160
DN 80 o ciągłym strumieniu objętości: 63 m³/h, przy pozycji H; R=315, R=160
DN 80 with permanent flow rate: 63 m³/h; H position R=315, R=160
DN100 o ciągłym strumieniu objętości: 100 m³/h, przy pozycji H; R=315, R=160
DN 100 with permanent flow rate: 100 m³/h; H position R=315, R=160
zgodny z certyfikatem numer SK 15 - 103 MI-001 Rewizja 2 Dodatek 2
wydany 29-04-2022 ważny do 10-12-2025
according to certificate number SK 15 - 103 MI-001 Rev. 2 Add. 2
issued 29-04-2022 valid until 10-12-2025.

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

Wymagania zasadnicze: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych wprowadzające do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 2014/32/UE.

Essential requirements: The regulation of the Development Minister of 2 June 2016 on requirements for measuring instruments introducing to Polish legislation Directive 2014/32 / EU.

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentów normatywnych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do których deklarowana jest zgodność:

References to the relevant harmonised standards or normative documents used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Normy: OIML R49-1 2006; OIML R49-2 2006; EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011;
EN 14154-3:2005+A2:2011; WELMEC 8.11; WELMEC 11.1,

Standards: OIML R49-1 2006; OIML R49-2 2006; EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011;
EN 14154-3:2005+A2:2011; WELMEC 8.11; WELMEC 11.1.

7. System jakości produkcji, kontrola wyrobów finalnych i badania wodomierzy (zał. II moduł D) zostały zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną 1781 SMU w zgodności z Dyrektywą 2014/32/UE (Nr certyfikatu. SK23-QD-SMU003 * ważny do 27-10-2026).

The quality system for production, final product inspection and testing of the water meters (annex II module D) was approved by the Notified Body 1781 SMU in accordance with Directive 2014/32/EU (Document number SK 23-QD-SMU003 * valid until 27-10-2026).

gdzie *) rewizja ważna w dniu wystawienia niniejszej deklaracji zgodności
where *) revision valid on the date of issue of this EU declaration of conformity

8. Informacje dodatkowe:

Additional information:

Apator Powogaz S.A.

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
CEO, President & Managing Director


Apator Powogaz S.A.

Jaryszki 1c, 62-023 Żerniki
tel.: 48 (61) 841 81 01
NIP 781-00-20-601
REGON P-630509799
www.apator.com


Z UP. PREZESA ZARZĄDU
KIEROWNIK LABORATORIUM


Kamil Burda


Z UP. PREZESA ZARZĄDU
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. ZSZ


Katarzyna Janowicz